Протокол
об итогах способом из одного источника

п.Карабалык «19»ноября 2019года

1.Организатор государственных закупок: КГП «Карабалыкская районная больница» УЗАКО, поселок Карабалык , улица Фабричная, 2. На основании гл.11, п.116, пп.1. произвести закуп из одного источника.

Лот №1 ТОО «Альфа-Медикал» » БИН060440003504, 110000, г.Костанай, ул.Сералина, 34

№ п/п	Критерии	Описание			
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)** *(в соответствии с государственным реестром МТ)*	**Комплекс суточного мониторирования АД Валента в комплекте** ООО «Компания Нео», Россия. Регистрационное удостоверение: РК-МТ-7№007195, действительно до: 10.07.2022 года.			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**	Комплекс суточного мониторирования АД Валента			
	Требования к комплектации	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Регистрирующий блок АД	Метод измерения осциллометрический. Дисплей ЖКИ для индикации: результатов измерения, состояния аккумуляторов, сервисные функции Длительность мониторирования, не менее72 часов. Максимальное программируемое число измерений, не менее 500. Независимость результатов измерения от климатических условий Автоматическое определение типа манжеты	1 шт.

				(педиатрическая/большая) Специальная манжета для длительного ношения с рукавом конической формы для надежной фиксации Энергонезависимая память для хранения данных Дублирующая система клапанов и процессора Функция внепланового пуска и остановки измерения Беспроводная связь с компьютером при оснащении и разгрузке монитора по радиоканалу Bluetooth Хранение осциллограмм по каждому измерению в памяти Индивидуальные настройки пользователя, создание индивидуальных планов суточного измерения – ночного, дневного, специальных периодов и интервалов Визуализация параметров: суточного профиля АД, трендов среднего и пульсового АД, ЧСС, отображение границ норм АД, средних значений АД и ЧСС на выделенном интервале, гистограмм суточного и распределения систолических и диастолических значений АД. Анализ вариабельности АД с графической интерпретацией Анализ утренней динамики АД по результатам оценки значений и скорости подъема АД. Параметры суточного профиля АД Суточный индекс (степень ночного снижения) Анализ предыдущих обследований пациента в динамике, интегрированный в едином диалоговом окне. Хронобиологический анализ (САД, ДАД и СрАД). Корреляционный анализ : Коэффициент корреляции	

				Линейная регрессия Динамика (сравнительный анализ исследований одного пациента): Выбор любого исследования для сравнения. Визуальное (графическое) сравнение трендов АД Численное и графическое сравнение основных параметров АД. Сравнение заключений исследований Таблицы с расчетными статистическими параметрами: Общая (со словесной интерпретацией результатов). Статистика за сутки. Статистика за день. Статистика за ночь. Статистика на спец. интервале. Нагрузка давлением. Формирование итогового документа по заданному шаблону. Возможность печать только определенных пунктов отчета по выбору. Интеграция модуля АД с модулем ЭКГ для проведения бифункционального исследования. Вес, грамм, не более 180 Габариты, мм, не более 135*75*25	

				Диапазон измерения, мм рт. ст., 25-280 Точность измерения, не хуже ±3 мм	
		Дополнительные комплектующие			
		1	Чехол защитный	Пластиковый чехол для ношения холтера	1 шт.
		2	Манжета взрослая т1	Манжета специализированиая для длительного ношения большая, размеры обхвата 25-35 см. Наличие внутреннего рукава, выполненного из лайкры/нейлона, позволяющий манжете оставаться в нужном положении во время измерения.	1 шт.
		3	Манжета взрослая т2	Манжета специализированная для длительного ношения большая, размеры обхвата 39-46 см. Наличие внутреннего рукава, выполненного из лайкры/нейлона, позволяющий манжете оставаться в нужном положении во время измерения.	1 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1	*Салфетки*	Изготовлены из нетканного материала. Размер 20*60	25 шт.
		2	Трубки удлинительные с периходниками	Предназначены для подключения манжеты к прибору	1 компл.
		3	Зарядное устройство	Необходимо для зарядки акккумулятора, работает от 220В	1 шт.
4	**Требования к условиям эксплуатации**	Нет			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)*	DDP Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2.			

6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	30 календарных дней Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2.
7	**Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее XX месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
8	**Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники**	Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники.

Лот №2 ТОО «Альфа-Медикал» » БИН060440003504, 110000, г.Костанай, ул.Сералина, 34

№ п/п	Критерии	Описание
1	**Наименование медицинской техники (далее – МТ)**	**Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Валента в комплекте**

	(в соответствии с государственным реестром МТ)	ООО «Компания Нео», Россия. **Регистрационное удостоверение**: РК-МТ-7№007195, действительно до: 10.07.2022 года			
2	**Наименование МТ, относящейся к средствам измерения**	Комплекс суточного мониторирования ЭКГ Валента			
	Требования к комплектации	*№ п/п*	*Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ)*	*Техническая характеристика комплектующего к МТ*	*Требуемое количество (с указанием единицы измерения)*
		Основные комплектующие			
		1	Регистратор ЭКГ носимый	Количество отведений 3 Размер 67*62*19 мм Вес с элементом питания 70 г Экран Цветной графический Съемная карта памяти мини SD 2 Гб Время записи 72 ч. Время передачи данных в ПК Менее 5 минут Время работы без подзарядки 3 суток Питание 1 элемент AAA Связь с ПК при оснащении Bluetooth (беспроводная)	1 шт.
		Дополнительные комплектующие			

		1	Чехол защитный	Пластиковый чехол для ношения холтера	2 шт.
		2	Блок сопряжения регистратора ЭКГ с ПК	Bluetooth адаптер для передачи данных на ПК	1 шт.
		3	Программный модуль «СМ ЭКГ»	Программа обработки данных	1 шт.
		Расходные материалы и изнашиваемые узлы:			
		1	*Кабель отведения ЭКГ*	Кабель для подключения одноразовых ЭКГ электродов на 3 отведений/ 7 электродов. Обеспечивает регистрацию 3-х независимых отведений ЭКС. Оплетка проводов (жил) из биоустойчивого материала.	1 шт.
		2	Одноразовые электроды ЭКГ	Предназначены для съема показаний, крепятся к кабелю отведений. Диаметр 50 мм.	60
		3	Зарядное устройство	Необходимо для зарядки акккумулятора, работает от 220В	1 шт.
4	**Требования к условиям эксплуатации**	Нет			
5	**Условия осуществления поставки МТ** *(в соответствии с ИНКОТЕРМС 2000)*	DDP Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2.			
6	**Срок поставки МТ и место дислокации**	30 календарных дней Адрес: КГП «Карабалыкская ЦРБ» УЗАКО Костанайская область, поселок Карабалык, улица Фабричная, 2			
7	**Условия гарантийного и постгарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц**	Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев и постгарантийное сервисное обслуживание не менее XX месяцев с момента завершения срока гарантийного сервисного обслуживания. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя:			

		- замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий
8	**Условия проведения обучения специалистов организации здравоохранения, а также консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники**	Необходимо проведение инструктажа специалистов на месте установки МТ, а также проведение консультаций в период гарантийного срока эксплуатации медицинской техники.

2.Договор заключается с потенциальным поставщиком на общую сумму ***3320000,00(три миллиона триста двадцать тысяч)тенге*** – **ТОО «Альфа-Медикал» » БИН060440003504, 110000, г.Костанай, ул.Сералина,**

3.Услугами привлеченных экспертов не пользавались.

4.Организатор закупок по результатам данных закупок способом из одного источника решил закупить товар у потенциального поставщика **«Альфа-Медикал» » БИН060440003504, 110000, г.Костанай, ул.Сералина**

За данное решение проголосовали:

ЗА – единогласно;

ПРОТИВ – **нет.**

Председатель тендерной комиссии: Шимпиисов Б.Н

Заместитель председателя тендерной комиссии: Жармагамбетова Г.Г.

Члены тендерной комиссии: Жунусова Г.М.

Секретарь тендерной комиссии Гущина Г.Ю.

Парақтар нөмірлеулі және тігілген
Пронумеровано и прошнуровано
восьми листов
«Қарабалық АОА» КМК бас дәрігері
Главный врач КГП «Карабалыкская РБ»
Шимпиисов Б.Н.